

Broj JNMV 7/2017 Dana:08.09.2017. godine

U skladu sa članom 63.stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na pitanja u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara –laboratorijski, sanitetski i medicinski materijal, za potrebe Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac, broj JNMV 7/2017

Svim ponuđačima u postupku JNMV br. 7/2017

**Pitanje 1.**

Poštovani,

Dana 06.09.2017. na Portalu JN objavili ste odgovore na pitanja potencijalnih ponuđača (Pitanja i odgovori 2) U odgovoru od 06.09.2017. na pitanje 2, kojim je između ostalog zahtevano da za **partiju 3 – IGLE**, Naručilac izmeni Konkursnu dokumentaciju u delu koji se odnosi na Vaš zahtev da: „Boja kutije mora biti u skladu sa bojom igle radi lakše i bolje identifikacije“, naveli ste:

„Naručilac ostaje pri zahtevu da boja kutije od 100 komada bude u skladu sa bojom konektora igle. S obzirom da Zavod ima preko 38000 osiguranika, u cilju efikasnog i kvalitetnog obavljanja delatnosti u hitnim slučajevima medicinsko osoblje nema vremena za detaljno pregledanje svih kutija i snalaženje sa oznakama. Praksa je pokazala de se vreme identifikacije dimenzija i reagovanje znatno smanjuje ukoliko su boja ambalaže i konektora usklađene“

Obaveštavamo Vas da u toku hitnih intervencija, nije potrebno da „medicinsko osoblje detaljno pregleda sve kutije i da se snalazi sa oznakama“, obzirom na činjenicu da materijal koji je potreban za intervenciju, medicinsko osoblje priprema pre početka smene, da su kutije u kojima se nalaze igle otvorene sa gornje strane gde se jasno vidi boja konektora igle. Naime, pojedinačno blister pakovanje igala je sa jedne strane izrađeno od providnog materijala koji upravo omogućava laku i brzu identifikaciju, pa je boja konektora igle vrlo uočljiva.

Ponovo napominjemo da izgled svakog pakovanja je propisan od strane **ALIMS-a Pravilnikom o obeležavanju spoljnog i unutrašnjeg pakovanja medicinskih sredstava**, a koje su u skladu sa proizvođačkim standardima za svaku vrstu medicinskih sredstava, **tako da Naručilac nije taj koji reguliše izgled spoljnog i unutrašnjeg pakovanja, već isključivo ALIMS**. Naručilac je svojim zahtevom u pogledu ambalaže za hipodermalne igle samo doveo u neravnopravni položaj ponuđače i primenio diskriminatorski kriterijum propisujući izgled pakovanja. Hipodermalne igle koje bi ponudili isporučujemo mnogobrojnim zdravstvenim ustanovama, kao što su: Hitna pomoć Beograd, Hitna pomoć Niš, Urgentni centar, KCS, VMA, KC Zvezdara, KC Dragiša Mišović, opšte bolnice i domovi zdravlja širom Srbije a koji ne obavljaju delatnost ni u kom pogledu manjeg značaja od samog Naručioaca, te smatramo da Naručilac nema prava da određuje takvu vrstu tehničkih karakteristika i da diktira dizajn ambalaže ponudjagama. Jer svaki ponudjac ima odobrenje od strane Agencije za lekove i med.sredstva za svoju ambalazu i katalog koji ce koristiti. Kao što smo I naveli u prethodnom zahtevu za izmenom konkursne dokumentacije, na svakoj ambalazi se nalazi veličina i boja igle koju je Naručilac zahtevao konkursnom dokumentacijom i dostavljanjem uzoraka i uvidom u isti Naručilac ce biti siguran da utvrdi da li je dobio dobro koje je zahtevao konkursnom dokumentacijom.

Boja, dizajn i izgled same ambalaze nema nikakv uticaj na svrsishodnost proizvoda niti uticaj pozitivan ili negativan na rad medicinskog osoblja.

Vama su potrebne igle određenog materijala i kvaliteta i da u jednom pakovanju bude 100 komada. Kvalitet mozete utvrditi na osnovu dostavljenih standarda kataloga i uzoraka.

U konkursnoj je navedeno da je to potrebno radi lakseg raspoznavanja. Na svakoj nasoj ambalazi pise koji proizvod, koje dimenzije i kolicina igala se nalazi u kutiji (zajedno sa ostalim informacijama bitne za korisnike dobra) tako da ne postoji mogucnost zabune prilikom koriscenja. Smatramo da je zahtev da boja ambalaze odgovara boji igala neopravdan i da ozbiljno ogranicava konkurenciju i narusava nacelo jednakosti medju ponudjagama.

Molimo Vas da promenite konkursnu dokumentaciju i da taj zahtev izuzmete iz konkursne dokumentacije.



Kao stavka 3. Konkursnom dokumentacijom zahtevano je dobro: „Sterilne rukavice.....**OTPORNE NA CITOSTATIKE.....**“, u količini od 40 pari.

Uredbom o planu mreža zdravstvenih ustanova, zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika zdravstvenu delatnost obavljaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Davanje citostatika na primarnom nivou zdravstvene zaštite moguće je **samo ukoliko se radi o citostaticima koji su već pripremljeni za davanje** - u obliku injekcionog šprica (na pr. Metoject – injekcioni špric čiju nabavku je sproveo RFZO u okviru CJN).

Aplikovanje citostatika za čije davanje je potrebna prethodna priprema, (obzirom na njihovu veliku toksičnost) može se vršiti samo na **SEKUNDARNOM I TERCIJERNOM** nivou zdravstvene zaštite, te smatramo da je i potreba za nabavkom dobra iz partije 4, stavka 3 neopravdana.

U skladu sa gore navedenim, molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije kako ne bi bili prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava.

#### Odgovor na pitanje 1.

Apsolutno je netačna tvrdnja da se prethodna priprema citostatika vrši samo na sekundarnom i tercijarnom nivou. Naime, Zavod je preko CJN koje je sproveo RFZO izvršio nabavku određenih vrsta citostatika(a sve u skladu sa realnim potrebama za istim) poput Sandostatina i Somatulina za koje je na ALIMSOVOM sajtu proizvođač istih okacio uputstvo za lek, gde jasno piše da suspenzija leka (primer Sandostatin LAR) mora biti pripremljena **neposredno** pre primene. Naime, navedeni citostatik dolazi u bocici i jednom spricu napunjenim rastvaracem, i apsolutno je neophodna manipulacija sa samim citostatikom(koji je kao sto ste naveli veoma toksican),odnosno izrada rastvora od strane medicinskog osoblja na licu mesta neposredno pre primene. Tako da je potreba za ovim rukavicama potpuno opravdana, i Zavod ostaje pri zahtevu za nabavku istih kroz ovu javnu nabavku.

#### **Naručilac će izvršiti sledeće izmene konkursne dokumentacije:**

- Brise se stavka : “Боја кутије мора бити у складу са бојом игле ради лакше и брже идентификације.”
- Iz partije 3 izbacuje se stavka 3. i kreira se nova partija pod rednim brojem 27 sa nazivom “Полизопрене рукавице”
- Takodje se u partiji 9 stavki 2 brise “(standard:EN1500)” jer je u pitanju greska tehnicke prirode.

U skladu sa čl. 63. st. 3. naručilac dostavlja odgovor zainteresovanim licima i objavljuje ga na Portalu javnih nabavki i svojoj Internet stranici.

Urađene izmene i dopune konkursne dokumentacije u skladu sa čl 63 st. 5 ZJN bice objavljene na portalu javnih nabavki i sajtu Naručioca i rok za podnošenje ponuda je produžen do 18.09.2017 godine

