

Broj JNMV 8/2019 Dana: 09.12.2019. godine

U skladu sa članom 63.stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na pitanja u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara –laboratorijski, sanitetski i medicinski materijal, za potrebe Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika doo Kragujevac, broj JNMV 8/2019

Svim ponuđačima u postupku JNMV br. 8/2019

Питање 1.

Shodno članu 63 Zakona o javnim nabavkama, molimo da nam kao zainteresovanom licu u predmetnom postupku javne nabavke, dostavite dodatno pojašnjenje/izmenu konkursne dokumentacije za partiju br. 10, a prema sledećem:

Uvidom u TREĆU IZMENU konkursne dokumentacije za javnu nabavku LABORATORIJSKOG, SANITETSKOG I MEDICINSKOG MATERIJALA, JNMV br. 08/2019, deo 5) OPIS PREDMETA NABAVKE – DOBRA – LABORATORIJSKI, SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL SA STRUKTUROM CENE, utvrdili smo da je Naručilac partiju br. 21 definisao pod nazivom **Trake za ACCU-CHEK ACTIVE aparat / VIVACHECK Eco aparat ili ekvivalent, a da strukturu partije čine:**

R.b.	Naziv dobra	Jed. mere	Količina	Proizvođač	Jedinična cena	Cena bez PDV (4*6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Trake za određivanje šećera u krvi za ACCU-CHEK ACTIVE / VIVACHECK ECO aparat ili odgovarajuće	kut.	200			
UKUPNA CENA BEZ PDV						
IZNOS PDV						
UKUPNO SA PDV						

Iz navedenog proizilazi da u momentu pokretanja predmetnog postupka javne nabavke, naručilac raspolaže – u svom radu koristi, dve različite vrste aparata za merenje glikemije:

1. **Accu-Chek Active proizvođača ROCHE DIABETES CARE GmbH, Nemačka**, koji je više od decenije prisutan u zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite Republike Srbije,
2. **VivaChek Eco proizvođača VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Kina**, koji je tek pre par godina dobio dozvolu za stavljanje u promet izdatu od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije (ALIMS).

Iako komercijalni naziv sličnih reči (VivaChek) pod kojim je registrovan drugi aparat, može dovesti u zabludu zainteresovane strane da se radi o aparatima i potrošnom materijalu Accu-Chek nemačkog proizvođača, **još jednom moramo naglasiti da su ovo dva potpuno različita aparata, različitih proizvođača, zemlje porekla, naziva, kvaliteta, tehničkih karakteristika, ovlašćenih distributera koji ih mogu prometovati... (bez obzira na**

zbunjujuću sličnost komercijalnog naziva), te da koriste potpuno različit potrošni materijal – tračice za merenje glikemije.

Takođe, podsećamo da svaki aparat za merenje glikemije – baš kao i svaki EKG aparat, štampač, laboratorijski analizator i slično, predstavlja **ZATVORENI SISTEM** (ne voljom ponuđača) i u skladu sa tim koristi svoj, specifičan potrošni materijal – tračice za merenje glikemije, trake za EKG aparate, tonere, reagense....

U skladu sa tim, smatramo da je ispravno da naručilac i predmet nabavke iz partije 21. oblikuje u skladu sa tim različitostima (kao što je to učinio u partiji br. 6 – Papir i trake), iz razloga što je u pitanju nabavka dobara koja ne mogu biti međusobni suštinski supstituti, jer su deo dva nezavisna zatvorena sistema koje naručilac poseduje – koristi u svom radu, a čiji potrošni materijal nikako nije kompatibilan/zamenjiv.

R. b.	Naziv dobra	Jed. mere	Količina
1	Papir za štampač AT-1 trake za Šilerov EKG aparat – dimenzije 90mmh90mm h 400 listova (ili odgovarajuće)	kom	350
2	EKG-trake 80x40 mm h 25 m za Inomed aparat HS806-L (ili odgovarajuće)	kom	100
3	EKG trake 58mm h 40 mm h 25m (ili odgovarajuće)	kom	50
4	Trake za ultrazvuk GOLD 110 mm x 20 m (mitsub. K65H ili ekvivalent)	kom	150

Ukoliko bi naručilac odvojio u dve posebne partije predmet nabavke iz partije br. 21. i izvršio raspodelu predmeta nabavke u količinama prema svojim potrebama, obezbedio bi zadovoljenje objektivnih potreba ustanove i omogućio zdravstvenim radnicima izbor u pogledu kvaliteta i performansi aparata za merenje glikemije koje bi koristili u svom radu:

Partija 21.1. - Trake za ACCU-CHEK ACTIVE aparat ili ekvivalent

R.b.	Naziv dobra	Jed. mere	Količina	Proizvođač	Jedinična cena	Cena bez PDV (4*6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Trake za određivanje šećera u krvi za ACCU-CHEK ACTIVE aparat ili odgovarajuće	kut.	xy			
UKUPNA CENA BEZ PDV						
IZNOS PDV						
UKUPNO SA PDV						

i

Partija 21.2 - Trake za VIVACHECK Eco aparat ili ekvivalent

R.b.	Naziv dobra	Jed. mere	Količina	Proizvođač	Jedinična cena	Cena bez PDV (4*6)
1	2	3	4	5	6	7

1.	Trake za određivanje šećera u krvi za VIVACHECK ECO aparat ili odgovarajuće	kut.	xy			
UKUPNA CENA BEZ PDV						
IZNOS PDV						
UKUPNO SA PDV						

U skladu sa prethodnim navodima, molimo naručioca da u roku iz čl. 63. izmeni konkursnu dokumentaciju poštujući odredbe i smisao sprovođenja Zakona o javnim nabavkama i u predmetnom postupku javne nabavke nabavi dobra koje zadovoljavaju svoju svrhu i namenu.

Odgovor na pitanje 1.

U momentu pokretanja predmetnog postupka javne nabavke naručilav raspolaže sa dve vrste Aparata : Accucheck active i Vivachek Eco, i poznato nam je da isti koriste potpuno različiti potrošni materijal – tračice za merenje glikemije.

Naručilac nije u mogućnosti da odvoji dve posebne partije za isti predmet nabavke (merenje glikemije).

Objektivne potrebe ustanove zadovoljava merenje glikemije na bilo kom aparatu a čiji potrošni materijal – tračice za merenje glikemije zadovolji kriterijum najniže ponuđene cene, jer struka nema primedbu na kvalitet i performanse postojećih aparata za merenje glikemije. Kao što je gore navedeno ustanova ima dva aparata ali trenutno koristi jedan dobavljača sa kojim je 2018 godine potpisala ugovor, dok bi korišćenje dva aparata istovremeno dodatno komplikovalo funkcionisanje laboratorije ove ustanove.

Naručilac ostaje pri tome da se zadrži jedna partija odnosno da se ne deli partija 21 u dve partije.

У складу са чл. 63. ст. 3. наручилац доставља одговор заинтересованим лицима и објављује га на Порталу јавних набавки и својој Интернет страници.



Комисија за јавне набавке